

Laboratorio C.B. via Industria, 51 - 30010 Camponogara (VE)	ATTESTAZIONE DI ESEGUITA VERIFICAZIONE	Mod. PQ 01/04 Rev. 04/2015
---	---	-------------------------------

**ATTESTAZIONE DI ESEGUITA VERIFICAZIONE PERIODICA DI STRUMENTI
METRICI**

Data: Attestazione N°: Rapporto N°

Il sottoscritto ... **SARTO RENZO** dipendente della Ditta Cogo Bilance S.r.l. dotata di Laboratorio Metrologico idoneo all'esecuzione della verifica periodica di strumenti metrici ai sensi dell'art. 4 del D.M. 182/2000 per le seguenti categorie: **Strumenti per pesare a funzionamento non automatico e automatico discontinuo e continuo riconosciuto** dalla CCIAA di Venezia come Laboratorio di Verificazione N° **CB 05 VE**

ATTESTA

che in data odierna si è proceduto alla verifica periodica dello strumento sottodescritto:

Tipo	Matricola	Marca	Modello	Portata	Divisione	Ammesso alla verificazione metrica con
PESA A PONTE	6L0189	Quadrelli	Next-hl	40/80kg	20 kg	

A seguito di riparazione effettuata da:

su ordine di
aggiustamento N°: del: emesso da
CCIAA di:

A seguito di scadenza della validità della verifica precedente

In uso e soggetto agli obblighi di verifica periodica all'impresa:

Numero REA	Ragione Sociale	Codice Fiascale/P.iva	Indirizzo	Località
264693	Niu-Eco srl	P.IVA 02334260185	Strada per Retorbido- 27058	Voghera(PV)

Luogo della verifica sul
posto di esercizio

Verifica effettuata presso
la sede del laboratorio:

Lo strumento è stato controllato adottando le metodologie contenute in norme nazionali o comunitarie e depositate al momento della domanda di riconoscimento.

Per le operazioni di verifica periodica si sono utilizzati i seguenti campioni di lavoro dotati di riferibilità ai campioni nazionali o internazionali:

Tipo	Marca	Modello	Matricola	Certificato emesso da	Scadenza
Pesiera da 2kg	sartorius	Pesiera da 1mg a 1kg	452	Cibe srl N°15/0686	gen-20
Peso da 5kg	sartorius	PESO IN OTTONE	2407	Cibe srl N°15/0690	mar-20
Masse da 20 kg	Pasquali	Pesi in ghisa verniciati	da 1M a 10M	Labcert LAT 147 N°1200M13	mar-20
Masse da 1000 kg	SBP	Parallelepipedo	04,05,06,07,	Labcert LAT 147 N°948M11	mar-16
Masse da 2000 kg	Cogo F.di Vittorio	Parallelepipedo	13, 14, 15,16,17	Labcert LAT 147 N°1182M13	mar-16

X

Lo strumento è risultato **CONFORME** alle prescrizioni di legge.

Si è quindi proceduto alla suggellatura prevista dal piano di legalizzazione, osservando le norme descritte nelle linee guida per il riconoscimento di idoneità dei laboratori, e si è proceduto altresì ad applicare la targhetta di verifica che riporta la seguente data di scadenza:

GIUGNO 2018

I risultati della misurazione, le incertezze e i fogli di prova non compresi in questa attestazione sono comunque disponibili su richiesta in quanto archiviati presso la sede del Laboratorio.

Lo strumento è risultato **NON CONFORME** alle prescrizioni di legge in quanto:

risulta fuori dal campo degli errori massimi permessi dalla vigente normativa;

presenta difetti tali da pregiudicare l'affidabilità metrologica;

non presenta integri tutti i sigilli di protezione previsti dal provvedimento di ammissione a verifica e dagli eventuali piani di legalizzazione.

Data:

18/06/2015

Luogo:

VOGHERA(PV)

Il presente attestato è inviato all'ufficio metrico della C.C.I.A.A. di:

PAVIA(PV)

Una copia del presente attestato, contenente il rapporto con l'indicazione delle prove eseguite e dei relativi risultati, viene consegnata all'utente metrico.

Firma del Tecnico del Laboratorio

Mirko Busatta

Firma del Responsabile del Laboratorio

Renzo Sarto

Laboratorio
C.B.
05
VE